

NOTA DE ESCLARECIMENTO

REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2018, destinado à “**REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de reagentes para o laboratório de microbiologia do CISPAR**”.

À empresa **LAS DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ANALÍTICOS E LABORATORIAIS LTDA**

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2018

Considerando os pedidos de esclarecimento da empresa **LAS DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ANALÍTICOS E LABORATORIAIS LTDA**, CNPJ 06.880.842/0001-61, o pregoeiro do certame, apresenta as respostas ao pedido, conforme segue:

ESCLARECIMENTO:

Senhor pregoeiro,

A empresa **LAS DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ANALÍTICOS E LABORATORIAIS LTDA**, interessada em participar do certame em epígrafe, vem tempestivamente por meio desta, de acordo com o item 15.1 do edital, solicitar esclarecimento referente ao **ITEM 04**, conforme descrito abaixo:

- Na especificação do produto, é solicitado que o mesmo seja de **POLIESTIRENO**.
Perguntamos: Será aceito frasco em **POLIPROPILENO**?

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

RESPOSTA:

Boa tarde. De acordo com a Coordenadora do Laboratório, Andresa Fabiana Garcia, responsável técnica por essa resposta, **NÃO serão aceitos frascos em Polipropileno, pois** “Baseado em vários testes este tipo de material produz luminescência e interfere no nosso ensaio”.

Maringá, 29 de novembro de 2018.

Vinicius Casanova da Oliveira
PREGOEIRO, CISPAR
Resolução nº. 16 de 18/04/17

Vinicius Casanova de Oliveira
Pregoeiro do CISPAR

Andresa Fabiana Garcia
Coordenadora do Laboratório do CISPAR